

**RISQUES BIOLOGIQUES POUR LA SANTE  
QUALITE DES LABORATOIRES**

**COMMISSION DE BIOLOGIE CLINIQUE  
COMITE DES EXPERTS**

**EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE  
DES ANALYSES DE BIOLOGIE CLINIQUE**

**RAPPORT GLOBAL DEFINITIF**

**ALCOOLEMIE**

**ENQUETE 2023/4**

**Sciensano/Alcoolémie/43-FR**

Risques biologiques pour la santé  
Qualité des laboratoires  
Rue J. Wytsman, 14  
1050 Bruxelles | Belgique

[www.sciensano.be](http://www.sciensano.be)

<b>COMITE DES EXPERTS</b>
---------------------------

<b>Sciensano</b>					
Secrétariat		TEL:	02/642.55.21	FAX:	02/642.56.45
		e-mail	<a href="mailto:ql_secretariat@sciensano.be">ql_secretariat@sciensano.be</a>		
Wim Coucke	Coordinateur d'enquête	TEL:	02/642 55 23		
		e-mail:	wim.coucke@sciensano.be		
Arnaud Capron	Coordinateur d'enquête remplaçant	TEL:	02/642 53 97		
		e-mail:	arnaud.capron@sciensano.be		
<b>Experts</b>	<b>Institution</b>				
C. Charlier	CHU LIEGE				
K. Croes	AZ GROENINGE				
B. Mahieu	ZNA				
H. Neels	U ANTWERPEN				
C. Stove	UGENT				
J. Tytgat	KU LEUVEN UNIV ZIEKENH				
A. Vanescote	CABIDEX				
A. Verstraete	CRI - CERBA HEALTHCARE BELGIUM BVBA				
S. Wille	NICC-INCC				

Un draft de ce rapport a été transmise aux experts le : 04/12/2023.

Ce rapport n'a pas été discuté en réunion de comité d'experts le: 11/12/2023

**Autorisation du rapport** : par Wim Coucke, coordinateur d'enquête

**Date de publication** : 11/12/2023

Tous les rapports sont également consultables sur notre site web:

<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires/eeq-alcoolémie>

## TABLE DES MATIERES

<b>TABLE DE CONVERSION</b>	<b>4</b>
<b>INTRODUCTION</b>	<b>5</b>
<b>MISE A DISPOSITION DES RAPPORTS</b>	<b>6</b>
<b>INTERPRETATION DU RAPPORT INDIVIDUEL</b>	<b>7</b>
<b>RÉSULTATS QUANTITATIFS</b>	<b>10</b>
<b>DISCUSSION DES RÉSULTATS QUANTITATIFS</b>	<b>14</b>
<b>UTILISATION DU STANDARD INTERNE</b>	<b>15</b>
<b>AVIS D'EXPERTISE (PAS SOUS ACCRÉDITATION BELAC)</b>	<b>16</b>
Echantillon E/ 20375	16

## TABLE DE CONVERSION

Ethanol	g/L	X	1,0000	⇒	g/L
Ethanol	mg/dL	X	0,0100	⇒	g/L
Ethanol	mmol/L	X	0.0460	⇒	g/L

## INTRODUCTION

A l'occasion de cette enquête, 4 échantillons ont été envoyés. Un de ces échantillons (E/20375) était sur sang total. Cet échantillon avait une concentration d'éthanol de 1.45g/L et a été envoyé uniquement aux experts judiciaires. Les trois autres échantillons étaient sur sérum et spikés avec des concentrations d'éthanol entre 1.37 et 3.79 g/L

Les valeurs cibles sont :

Numéro d'échantillon	Ethanol (g/L)
E/20254	1.37
E/20255	3.79
E/20256	2.96
E/20375	1.45

Les valeurs cibles ont été obtenues par calcul de la médiane des résultats des méthodes chromatographiques.

## MISE A DISPOSITION DES RAPPORTS

Les échantillons de l'enquête 2023/4 ont été envoyés le 6 novembre 2023. La date de clôture de l'encodage des résultats était le 20 novembre 2023.

La statistique a été clôturée définitivement le 11 décembre 2023. La validation a été réalisée le 11 décembre 2023. Les rapports définitifs sont accessibles dans le Toolkit depuis le 14 décembre 2023.

Après validation de l'enquête par le comité d'experts, le rapport global définitif sera mis à disposition sur notre site internet à l'adresse suivante :

<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires/eeq-alcoolemie>

## INTERPRETATION DU RAPPORT INDIVIDUEL

En plus de ce rapport global, vous avez également accès à un rapport individuel via le toolkit.

Ci-dessous vous pouvez trouver des informations qui peuvent aider à interpréter ce rapport.

La position de vos résultats quantitatifs est donnée d'un côté en comparaison avec tous les résultats de tous les participants et de l'autre côté en comparaison avec les résultats des participants utilisant la même méthode que vous.

Les informations suivantes sont reprises:

- Votre résultat (R)
- Votre méthode
- La médiane globale ( $M_G$ ):  
la valeur centrale des résultats fournis par tous les laboratoires, toutes méthodes confondues.
- L'écart-type global ( $SD_G$ ):  
mesure de la dispersion des résultats fournis par tous les laboratoires, toutes méthodes confondues.
- La médiane globale de votre méthode ( $M_M$ ):  
la valeur centrale des résultats fournis par les laboratoires utilisant la même méthode que vous.
- L'écart-type de votre méthode ( $SD_M$ ):  
mesure de la dispersion des résultats fournis par les laboratoires utilisant la même méthode que vous.
- Le coefficient de variation CV (exprimé en %) pour tous les laboratoires et pour les laboratoires utilisant la même méthode que vous:  
 **$CV_M = (SD_M / M_M) * 100$  (%) et  $CV_G = (SD_G / M_G) * 100$  (%)**.
- Le score Z:  
la différence entre votre résultat et la médiane de votre méthode (exprimée en unités d'écart type):  **$Z_M = (R - M_M) / SD_M$**  et  **$Z_G = (R - M_G) / SD_G$** .  
Votre résultat est cité si  **$|Z_M| > 3$** .
- Le score U:  
l'écart relatif de votre résultat par rapport à la médiane de votre méthode (exprimé en %):  **$U_M = ((R - M_M) / M_M) * 100$  (%)** et  **$U_G = ((R - M_G) / M_G) * 100$  (%)**.  
Votre résultat est cité si  **$|U_M| > d$** , où « d » est la limite fixe d'un paramètre déterminé, en d'autres termes le % maximal de déviation acceptable entre le résultat et la médiane de la méthode.
- L'interprétation graphique de la position de votre résultat (R), d'un côté en comparaison avec tous les résultats de tous les participants et de l'autre côté en comparaison avec les résultats des participants utilisant la même méthode que vous, basée sur la méthode de Tukey, pour chaque paramètre et pour chaque échantillon analysé.

**R** : votre résultat

**$M_{M/G}$**  : médiane

**$H_{M/G}$**  : percentiles 25 et 75

**$I_{M/G}$**  : limites intérieures ( $M \pm 2.7$  SD)

**$O_{M/G}$**  : limites extérieures ( $M \pm 4.7$  SD)

Le graphique global et celui de votre méthode sont exprimés selon la même échelle, ce qui les rend comparables. Ces graphiques vous donnent une indication approximative de la position de votre résultat (R) par rapport aux médianes ( $M_{M/G}$ ).

Vous pouvez trouver plus de détails dans les brochures qui sont disponibles sur notre site web à l'adresse suivante:

[Santé clinique | EEQ biologie clinique | sciensano.be](#)



- [Brochure d'information générale EEQ](#)
- [Méthodes statistiques appliquées à l'EEQ](#)
- [Traitement des valeurs censurées](#)

## Représentation graphique

A côté des tableaux de résultats, une représentation graphique en "boîte à moustaches" est parfois ajoutée.

Elle reprend les éléments suivants pour les méthodes avec au moins 6 participants:

- un rectangle qui va du percentile 25 ( $P_{25}$ ) au percentile 75 ( $P_{75}$ )
- une ligne centrale représente la médiane des résultats ( $P_{50}$ )
- une ligne inférieure qui représente la plus petite valeur  $x > P_{25} - 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- une ligne supérieure qui représente la plus grande valeur  $x < P_{75} + 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- tous les points en dehors de cet intervalle sont représentés par un rond.
- 




### Limites correspondantes en cas de distribution normale

La ligne transversale discontinue représente la valeur cible de l'échantillon.


Dans l'aperçu des résultats quantitatifs, les box plots et les tableaux montrent pour les méthodes chromatographiques seulement les résultats des moyennes des deux résultats individuels.

## RÉSULTATS QUANTITATIFS


Ethyl-alcohol - d (%) : 6.5	<b>E/20254</b>			
METHOD	Median g/L	SD g/L	CV %	N labs
002 Direct Gas Chromatography - (capillary-column)				4
003 Direct Gas chromatography (packed-column)				2
004 Headspace chromatography (capillary-column )	1.38	0.04	3.2	13
039 ADH- Abbott (Aeroset-Architect-Alinity)	1.41	0.06	4.0	35
040 ADH	<i>1.44</i>			1
044 ADH- Beckman	<i>1.40 1.46</i>			2
045 ADH- Dade (Emit)	<i>1.41</i>			1
046 ADH- Roche	1.39	0.03	2.1	81
048 ADH- Vitros	1.39	0.02	1.6	10
053 ADH- Microgenics	<i>1.52</i>			1
054 ADH- Thermo Scientific	<i>1.34 1.40 1.48</i>			3
055 ADH- Siemens Atellica	1.49	0.05	3.1	20
<b>Global results (all methods and all measuring systems)</b>	1.40	0.04	3.2	173



Ethyl-alcohol - d (%) : 6.5		E/20255			
METHOD	Median g/L	SD g/L	CV %	N labs	
002 Direct Gas Chromatography - (capillary-column)				4	
003 Direct Gas chromatography (packed-column)				2	
004 Headspace chromatography (capillary-column )	3.80	0.09	2.4	13	
039 ADH- Abbott (Aeroset-Architect-Alinity)	3.71	0.13	3.6	35	
040 ADH		3.85		1	
044 ADH- Beckman		3.80 3.91		2	
045 ADH- Dade (Emit)		3.71		1	
046 ADH- Roche	3.70	0.09	2.4	81	
048 ADH- Vitros	3.68	0.07	2.0	10	
053 ADH- Microgenics		3.90		1	
054 ADH- Thermo Scientific		3.65 3.79 3.80		3	
055 ADH- Siemens Atellica	3.74	0.11	3.0	20	
<b>Global results (all methods and all measuring systems)</b>	<b>3.71</b>	<b>0.10</b>	<b>2.6</b>	<b>173</b>	



Ethyl-alcohol - d (%) : 6.5		E/20256			
METHOD	Median g/L	SD g/L	CV %	N labs	
002 Direct Gas Chromatography - (capillary-column)				4	
003 Direct Gas chromatography (packed-column)				2	
004 Headspace chromatography (capillary-column )	2.98	0.08	2.7	13	
039 ADH- Abbott (Aeroset-Architect-Alinity)	2.96	0.10	3.3	35	
040 ADH	3.04			1	
044 ADH- Beckman	3.00 3.07			2	
045 ADH- Dade (Emit)	2.94			1	
046 ADH- Roche	2.94	0.06	2.0	81	
048 ADH- Vitros	2.91	0.05	1.8	10	
053 ADH- Microgenics	3.14			1	
054 ADH- Thermo Scientific	2.86 3.00 3.08			3	
055 ADH- Siemens Atellica	2.97	0.10	3.3	20	
<b>Global results (all methods and all measuring systems)</b>	<b>2.95</b>	<b>0.07</b>	<b>2.5</b>	<b>173</b>	




Data out of graph

Method Value

39 = 1.37 g/L


Ethyl-alcohol - d (%) : 6.5		E/20375			
METHOD	Median g/L	SD g/L	CV %	N labs	
002 Direct Gas Chromatography - (capillary-column)	1.45 1.47 1.50			1	
003 Direct Gas chromatography (packed-column)				2	
004 Headspace chromatography (capillary-column )	1.46	0.04	2.5	12	
046 ADH- Roche	1.35 1.39 1.46 1.57 1.64			5	
<b>Global results (all methods and all measuring systems)</b>	1.46	0.05	3.3	20	



## DISCUSSION DES RÉSULTATS QUANTITATIFS

La portion des valeurs citées pour les Z-scores obtenues pour les échantillons sur sérum était 3.4% et pour les U-scores 2.6%, ce qui est dans les limites attendues.

Pour les expertises judiciaires les deux mesures et leur moyenne ont été rapportées. Les déviations entre les résultats analytiques des 4 échantillons sont montrés ci-dessous :



Les deux lignes obliques montrent les limites dans lesquelles les résultats analytiques devraient être situés (<12% pour des concentrations de 0-0.4 g/L, <8% pour des concentrations >0.4g/L). Tous res résultats sont situés dans les critères d'acceptabilité.

## UTILISATION DU STANDARD INTERNE

<b>Standard interne</b>	<b>N</b>
n-propanol(1-propanol, 1-hydroxypropane, éthylcarbinol)	7
t-butanol (2-méthyl-2-propanol, t-butylalcool)	3
n-butanol(1-butanol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol)	3
acétonitrile	2
Isopropanol(2-propanol, 2-hydroxypropane, diméthylcarbinol)	1
2-butanon (ethyl methyl keton)	1

## AVIS D'EXPERTISE (PAS SOUS ACCRÉDITATION BELAC)

### Echantillon E/ 20375

#### Renseignements cliniques :

Un homme de 65 kg cause un accident à 15h00. Une prise de sang est effectuée à 18h15. Il déclare avoir bu une bière une demie heure avant l'accident. Compte tenu du résultat analytique de l'échantillon, quel était le taux d'alcoolémie au moment des faits ?

1) Si on tient compte de la déclaration du conducteur

2) Si on ne tient pas compte de la déclaration du conducteur

AVIS D'EXPERTISE	Médiane (g/L)	SD (g/L)	CV	N
Résultat numérique si on tient compte de la déclaration	1.739	0.041	2.345%	15
Résultat numérique si on ne tient pas compte de la déclaration	1.839	0.044	2.419%	15

Les résultats analytiques vont de 1.37 à 1.72 g/L, avec une médiane de 1.451 g/L, un écart-type de 0.029 g/L et un CV de 2.0%.

Evaluation de la concentration au moment des faits:

1. Correction de temps: temps après accident=3.25h. Le recalcul à 0.15 g/Lh donne:  $0.15 \times 3.25 = 0.4875$  g/L.

2. Alcool dans un verre de bière: 250mL à 5.2%, en tenant compte de la densité d'éthanol:  $250 \times 0.052 \times 0.789 = 10.26$  g.

Au moment de la prise une moitié de l'alcool consommé n'est pas encore résorbé. . Pour un homme de 65kg cela donne  $10.26 / (65 \times 0.7) = 0.225$  g/L.

Au moment de l'accident, seulement la moitié de cette quantité a été résorbée, donc la correction à tenir en compte est  $0.225 / 2 = 0.113$  g/L.

1/ Si nous tenons compte de la déclaration du conducteur

Taux d'alcool - incertitude de mesure + quantité décomposée - pas encore résorbée au moment de l'accident =  $1.451 - 0.1 + 0.4875 - 0.113$  g/L = **1.726 g/L**

2/ Sans tenir compte de la déclaration du conducteur:

Taux d'alcool - incertitude de mesure + quantité décomposée =  $1.451 - 0.1 + 0.4875$  g/L = **1.839 g/L**

---

FIN

---

© Sciensano, Bruxelles 2023.

Ce rapport ne peut pas être reproduit, publié ou distribué sans l'accord de Sciensano. Les résultats individuels des laboratoires sont confidentiels. Ils ne sont transmis par Sciensano ni à des tiers, ni aux membres de la Commission, des comités des experts ou du groupe de travail EEQ.