

Bruxelles, le 10 juin 2022

Qualité des Laboratoires

## RAPPORT GLOBAL EEQ HbA1c SANG FRAIS - 2022.3D

Target HbA1c = 52.8 mmol/mol (Méthode de référence NGSP/DCCT)

INSTRUMENT	RESULT (Mean)	N	SD	CV%	Bias	Bias %
Afinion AS100 IFCC mmol/mol	56.0	1	****	****	3.2	6.1
Alinity C IFCC mmol/mol	51.9	5	0.2	0.3	-0.9	-1.6
Capillarys 2 flex – piercing IFCC mmol/mol	52.3	8	0.9	1.7	-0.5	-1.0
Capillarys 3 Octa IFCC mmol/mol	53.1	9	0.8	1.5	0.3	0.6
Capillarys 3 Tera IFCC mmol/mol	52.3	6	0.5	1.0	-0.5	-0.9
Cobas c 311/111 IFCC mmol/mol	53.1	1	****	****	0.3	0.6
Cobas 6000/8000 c501/502 IFCC mmol/mol	46.0	3	11.3	<b>25.0*</b>	-6.8	-13.0
D-10_A1c_Program IFCC mmol/mol	54.3	4	1.3	2.3	1.5	2.8
D-100_A1c_Program IFCC mmol/mol	51.2	9	1.0	1.9	-1.6	-3.0
Menarini HA-8160 TP IFCC mmol/mol	52.0	2	0.0	0.0	-0.8	-1.5
Menarini HA-8160 VP IFCC mmol/mol	53.3	3	4.0	7.6	0.5	1.0
Menarini HA-8180T IFCC mmol/mol	53.0	4	0.8	1.5	0.2	0.4
Menarini HA-8180V IFCC mmol/mol	51.5	20	5.4	15.0	0.6	-2.5
Menarini HA-8190 IFCC mmol/mol	53.0	1	****	****	0.2	0.4
Menarini Hb NEXT IFCC mmol/mol	55.5	1	****	****	2.7	5.1
Minicap flex-piercing IFCC mmol/mol	52.3	4	0.5	1.0	-0.5	-1.0
TOSOH G11 IFCC mmol/mol	50.7	10	4.0	7.9	-2.1	-4.0
TOSOH G8 IFCC mmol/mol	53.3	31	0.8	1.5	0.5	1.0

\*Résultats individuels de la méthode Cobas 6000/8000 c501/502 IFCC mmol/mol (CV = 25.0%) : 33.0, 52.0 et 53.0 mmol/mol.

Votre rapport individuel est disponible sur le site  
[https://gseenet.com/CueSee\\_frame.asp?SelectMenu1=28](https://gseenet.com/CueSee_frame.asp?SelectMenu1=28)

Les coordinateurs d'enquête  
 Y. Lenga

Dr. K. Vernelen