

**RAPPORT RESULTATS ATTENDUS  
 IMMUNOHEMATOLOGIE ET CYTOLOGIE  
 ENQUETE 2024/2**

**Résultats attendus**

**I. Immunohématologie**

	Echantillon de globules n° I/2406	Echantillon de globules n° I/2408
	Résultats	Résultats
ABO	O	O
Rhésus D	positif	positif
Phénotype Rh	CcEe	Ccee
Compatibilité entre l'échantillon de sérum n° I/2407 et	compatible	compatible
Compatibilité entre l'échantillon de sérum n° I/2409 et	incompatible id : anti-E	compatible
Recherche d'anticorps antiérythrocytaires irréguliers dans le sérum n° I/2411	présence id : anti-K anti-Fy <sup>a</sup>	

**Identification des anticorps irréguliers**

I/2419 : anti-D, anti-C

## **II. Cytologie : examen d'un frottis sanguin**

H/20600 (DIGIT) : Syndrome lymphoprolifératif chronique

H/20513 (Didactique) : Processus infectieux, inflammatoire ou toxique

**Autorisation du rapport :**

Par Lobna Bouacida, coordinateur d'enquête  
Sciensano – Service Qualité des laboratoires  
Rue J. Wytsman, 14 | 1050 Bruxelles  
Tel.: 02/642 53 83 E-mail : lobna.bouacida@sciensano.be

Date de publication: 10/07/2024

© Sciensano, Bruxelles 2024.

Ce rapport ne peut pas être reproduit, publié ou distribué sans l'accord de Sciensano. Les résultats individuels des laboratoires sont confidentiels. Ils ne sont transmis par Sciensano ni à des tiers, ni aux membres de la Commission, des comités d'experts ou du groupe de travail EEQ.