

**RAPPORT PRELIMINAIRE  
 IMMUNOHEMATOLOGIE ET CYTOLOGIE  
 ENQUETE 2023/3**

**Résultats attendus**

**I. Immunohématologie**

	Echantillon de globules n° I/2310	Echantillon de globules n° I/2312
	Résultats	Résultats
ABO	..... <b>O</b> .....	..... <b>O</b> .....
Rhésus D	..... <b>positif</b> .....	..... <b>positif</b> .....
Phénotype Rh	..... <b>Ccee</b> .....	..... <b>Ccee</b> .....
Compatibilité entre l'échantillon de sérum n° I/2313 et	..... <b>compatible</b> .....	..... <b>compatible</b> .....
Compatibilité entre l'échantillon de sérum n° I/2315 et	..... <b>compatible</b> .....	<b>incompatible</b> id : anti-Fy <sup>a</sup>
Recherche d'anticorps antiérythrocytaires irréguliers dans le sérum n° I/2317	<b>présence</b> id : anti-c	

**Identification des anticorps irréguliers**

I/2320 : anti-E, anti-Fy<sup>a</sup>

## **II. Cytologie : examen d'un frottis sanguin**

H/20220 (DIGIT) : Anémie mégaloblastique\*

H/19967 (Didactique) : Leucémie aiguë myéloïde à cup-like nuclei

\*La réponse considérée adéquate est donnée par le comité des experts et apparaîtra dans le rapport global.

**Autorisation du rapport :**

Par Lobna Bouacida, coordinateur d'enquête  
Sciensano – Service Qualité des laboratoires  
Rue J. Wytsman, 14 | 1050 Bruxelles  
Tel.: 02/642 53 83 E-mail : lobna.bouacida@sciensano.be

Date de publication: 09/11/2023

© Sciensano, Bruxelles 2023.

Ce rapport ne peut pas être reproduit, publié ou distribué sans l'accord de Sciensano. Les résultats individuels des laboratoires sont confidentiels. Ils ne sont transmis par Sciensano ni à des tiers, ni aux membres de la Commission, des comités d'experts ou du groupe de travail EEQ.