

**RAPPORT PRELIMINAIRE  
 IMMUNOHEMATOLOGIE ET CYTOLOGIE  
 ENQUETE 2023/2**

**Résultats attendus**

**I. Immunohématologie**

	Echantillon de globules n° I/2306	Echantillon de globules n° I/2308
	Résultats	Résultats
ABO	..... <b>A</b> .....	..... <b>A</b> .....
Rhésus D	..... <b>positif</b> .....	..... <b>positif</b> .....
Phénotype Rh	..... <b>CcEe</b> .....	..... <b>Ccee</b> .....
Compatibilité entre l'échantillon de sérum n° I/2307 et	..... <b>compatible</b> .....	..... <b>compatible</b> .....
Compatibilité entre l'échantillon de sérum n° I/2309 et	<b>incompatible</b> id : anti-E	..... <b>compatible</b> .....
Recherche d'anticorps antiérythrocytaires irréguliers dans le sérum n° I/2311	<b>présence</b> id : anti-D anti-C	
Coombs direct n° I/2321	<b>Voir page 2</b>	

**Identification des anticorps irréguliers**

I/2319 : anti-K

**II. Cytologie : examen d'un frottis sanguin**

H/19775 (DIGIT) : Syndrome lymphoprolifératif chronique (présence de cellules à noyaux convolués)\*  
 H/19668 DIGIT (Didactique) : Syndrome lymphoprolifératif chronique (Leucémie lymphoïde chronique)

\*La réponse considérée adéquate est donnée par le comité des experts et apparaîtra dans le rapport global.

labo	I/2321
1120	Pos
11601	Neg
11603	Neg
11615	Neg
11622	Pos
11642	Neg
11645	Neg
11653	Pos
11677	Neg
11692	Pos
11747	Pos
11756	Pos
11791	Pos
12609	Pos
12610	Neg
12611	Neg
12616	Pos
12620	Neg
12650	Neg
13602	Pos
13608	Neg
13617	Neg
13618	Neg
13623	Pos
13656	Pos
23603	Pos
23604	Neg
23616	Neg
24602	Neg
24617	Pos
24618	Neg
24650	Pos
24669	Neg
25606	Pos
25607	Neg
25611	Neg
25627	Pos
26631	Pos

26678	Neg
26726	Neg
26750	Neg
26751	Neg
27627	Neg
27647	Pos
27729	Neg
28604	Neg
28612	Pos
28615	Neg
28620	Neg
28627	Neg
28641	Pos
28667	Pos
29623	Pos
31616	Pos
31617	Neg
31628	Pos
31639	Neg
31656	Pos
31669	Pos
31672	Neg
33606	Neg
34601	Pos
34604	Neg
34605	Neg
34612	Pos
34615	Neg
34616	Neg
35607	Neg
35608	Neg
36606	Neg
36609	Pos
36614	Pos
37606	Pos
38603	Neg
41614	Neg
41617	Pos
41623	Neg

41658	Neg
42609	Pos
42615	Pos
43620	Pos
44610	Neg
44624	Neg
44644	Pos
44653	Neg
44673	Pos
44692	Neg
44696	Neg
44711	Neg
44736	Pos
44782	Pos
45603	Pos
45605	Neg
46615	Pos
51604	Pos
52608	Neg
52610	Pos
52614	Neg
52616	Pos
52626	Neg
52674	Pos
53606	Pos
53611	Neg
53624	Pos
53639	Neg
54602	Neg
55604	Neg
55614	Pos
55618	Neg
55624	Neg
56603	Pos
56606	Neg
57606	Neg
61602	Pos
62604	Neg
62606	Neg

62646	Neg
62654	Neg
62668	Pos
62679	Neg
62700	Pos
62730	Pos
63608	Pos
63613	Neg
63627	Neg
63632	Pos
63639	Neg
71604	Pos
71606	Neg
71611	Neg
71613	Neg
71615	Neg
71620	Neg
71622	Neg
71725	Neg
72602	Neg
72603	Neg
73608	Neg
81602	Pos
82604	Neg
83607	Pos
84609	Pos
91605	Neg
91607	Neg
92611	Pos
92613	Neg
92614	Pos
92618	Neg
92629	Pos
92659	Pos
95611	Pos
95616	Pos
99892	Neg

pos : échantillon positif  
neg : échantillon négatif

**Autorisation du rapport :**

Par Lobna Bouacida, coordinateur d'enquête  
Sciensano – Service Qualité des laboratoires  
Rue J. Wytsman, 14 | 1050 Bruxelles  
Tel.: 02/642 53 83 E-mail : lobna.bouacida@sciensano.be

**Date de publication:** 05/07/2023

---

**FIN**

---

© Sciensano, Bruxelles 2023.

Ce rapport ne peut pas être reproduit, publié ou distribué sans l'accord de Sciensano. Les résultats individuels des laboratoires sont confidentiels. Ils ne sont transmis par Sciensano ni à des tiers, ni aux membres de la Commission, des comités d'experts ou du groupe de travail EEQ.