

RISQUES BIOLOGIQUES POUR LA SANTE
QUALITE DES LABORATOIRES
COMMISSION DE BIOLOGIE CLINIQUE
COMITE DES EXPERTS
EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE
DES ANALYSES DE BIOLOGIE CLINIQUE

RAPPORT PRELIMINAIRE
Microbiologie Moléculaire
C. trachomatis-N. gonorrhoeae
ENQUETE 2023/S3

Résultats attendus :

1. C. trachomatis

Echantillon	Matrice	Résultat attendu	Statut*
CTNG2301	M4RT	Négatif	Négatif
CTNG2302	M4RT	Positif	Frequently detected
CTNG2303	M4RT	Positif	Frequently detected
CTNG2304	M4RT	Négatif	Négatif
CTNG2305	Urine	Négatif	Négatif
CTNG2306	Urine	Positif	Frequently detected
CTNG2307	Urine	Négatif	Négatif
CTNG2308	Urine	Positif	Infrequently detected ¹

1. Echantillon très faiblement contaminé qui n'a été trouvé positif que par 30% des participants.

2. N. gonorrhoeae

Echantillon	Matrice	Résultat attendu	Statut*
CTNG2301	M4RT	Négatif	Négatif
CTNG2302	M4RT	Positif	detected
CTNG2303	M4RT	Négatif	Négatif
CTNG2304	M4RT	Positif	Frequently detected
CTNG2305	Urine	Négatif	Négatif
CTNG2306	Urine	Négatif	Négatif
CTNG2307	Urine	Positif	detected
CTNG2308	Urine	Positif	Infrequently detected ²

*Frequently detected= détecté par plus de 95% des participants

Detected= détecté par plus de 65% des participants

Infrequently detected= détecté par moins de 65% des participants

2. Echantillon très faiblement contaminé qui n'a été trouvé positif que par 5% des participants.

Autorisation du rapport: Par Bernard China, coordinateur d'enquête
 Sciensano – Service Qualité des laboratoires
 Rue J. Wytzman, 14 | 1050 Bruxelles
 Tél.: 02 642 53 85 E-mail : bernard.china@sciensano.be
Date de publication : 05/07/2023

Enquête envoyée le : 13/06/2023

Enquête clôturée le : 30/06/2023

FIN

© Sciensano, Bruxelles 2023.

Ce rapport ne peut pas être reproduit, publié ou distribué sans l'accord de Sciensano. Les résultats individuels des laboratoires sont confidentiels. Ils ne sont transmis par Sciensano ni à des tiers, ni aux membres de la Commission, des comités d'experts ou du groupe de travail EEQ.