

RISQUES BIOLOGIQUES POUR LA SANTE  
QUALITE DES LABORATOIRES

COMMISSION DE BIOLOGIE CLINIQUE  
COMITE DES EXPERTS

EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE  
DES ANALYSES DE BIOLOGIE CLINIQUE

RAPPORT PRELIMINAIRE

Microbiologie Moléculaire

Toxoplasma gondii

ENQUETE 2024/S1

Résultats attendus :

Echantillons*	Résultats attendus
TG24-1	Positif
TG24-2	Positif
TG24-3	Négatif

\* : Les échantillons TG24-1 et TG24-2 sont issus de la même solution mère et devaient donc donner les mêmes résultats.

**Autorisation du rapport:**

Par Bernard China, coordinateur d'enquête  
Sciensano – Service Qualité des laboratoires  
Rue J. Wytsman, 14 | 1050 Bruxelles  
Tél.: +32 2 642 53 85 E-mail : [bernard.china@sciensano.be](mailto:bernard.china@sciensano.be)

**Date de publication : 05/04/2024**

---

FIN

---

© Sciensano, Bruxelles 2024.

Ce rapport ne peut pas être reproduit, publié ou distribué sans l'accord de Sciensano. Les résultats individuels des laboratoires sont confidentiels. Ils ne sont transmis par Sciensano ni à des tiers, ni aux membres de la Commission, des comités d'experts ou du groupe de travail EEQ.