RAPPORT GLOBAL DEFINITIF
SEROLOGIE NON-INFECTIEUSE – AAN
ENQUETE 2020/3

Annexe: Information détaillée concernant la préparation de l'échantillon, la lecture de la fluorescence, le système utilisé et les résultats obtenus pour l'échantillon SN/531

Substrat	Cellules	N	Application & incubation échantillon					Lecture fluorescence							Résultat	Titre	Cut-off
				N	Firme	Appareil	Dil. screening		N	Firme	Appareil	Titre final 1 dil	Titre final serie	Correction*			
Alphadia	HEp-2	1	M	1				M	1						Centromère	>80	80
DiaSorin	HEp-2	1	M	1			80	M	1						Centromère	640	80
Menarini Diagnostics	HEp-2	5	A	3	Menarini Diagn.	Zenit UP	2x 80	M	1						Centromère	3200	80
								A	1	Menarini Diagn.	G-Sight	x (80)	x		Centromère	1280	80
							160	A	1					O	Centromère	2560	160
				2	Menarini Diagn.	Zenit PRO	2x 80	A	2		Zenit PRO		x	N	Centromère	1280	80
												x (80)			Centromère	640	80
Kallestad (BIO-RAD)	HEp-2	5	M	4			3x 80	M	5						Centromère	640, 5120	80
															Finement moucheté	/	/
															Centromère	>1000	100
			A	1	BIO-RAD	PhD	80								Centromère	2560	80
Inova Diagnostics	HEp-2	23	M	4			2x 80	M	4			x (80)	x		Centromère	>1280	80
															Centromère	5120	80
												x (80)			Centromère	2560	80
														N	Centromère	1280	80
			A	1	Menarini Diagn.	Zenit UP	320	M	1			x (320)		N	Centromère	1280	320
				2	BIO-RAD	PhD	2x 80	M	2			x (80)	x		Centromère	5120	80
														N	Centromère	>1280	80
				16	Inova Diagn.	QUANTA-Lyser	40	A	1	Inova Diagn.	NOVAView		x	O	Centromère	640	80
							15x 80	M	1						Centromère	1280	80
								A	14	Inova Diagn.	NOVAView	x (80)	x	O	Centromère	>1280	80
														N	Centromère	>1280	80
													x	N	Centromère	1280	80
														O	Centromère	320, 2560	80
															Centromère	2560	160
															Centromère	1280	80
														N	Centromère	/	/
												x (80)		N	Centromère	1280, >2560	80
														O	Centromère	>1280, >5120	80
												x (80)		N	Centromère	2560	80
														O	Centromère	1280	80
Immuno Concepts	HEp-2000	28	M	11			3x 80	M	3			x (80)	x		Centromère	640	80
															Centromère	1280, >2560	80
							160		1						Centromère	>1280	80
									7			x (80)	x		Centromère	640	80
															Centromère	1280	80
												x (80)		O	Centromère	>1280	80
												x (80)		O	Centromère	>2560	80
															Centromère	640, >2560, >5120	80
			A	6	Menarni Diagn.	Zenit UP	40	A	1	Menarini Diagn.	G-sight	x (40)		O	Centromère	/	/
							3x 80	M	2						Centromère	2560 (2)	80
								A	80	Menarini Diagn.	G-sight			O	Centromère	1280	80
							2x 160	M	1						Centromère	640	160
								A	1	Menarini Diagn.	G-sight	x (160)	x	O	Centromère	2560	160
				5	bmd	HELMED	5x80	M	4					N	Centromère	>2560	80
															Centromère	2560	80
															Centromère	/	/
															Centromère + enveloppe nucléaire	>1280 80	80
								A	1	bmd	Image Navigator		x	O	Centromère	640	80
				3	bmd	BEELINE	x 80	M	2						Centromère	>1280, 5120	80
								A	1	bmd	Image Navigator		x	N	Centromère	640	80
				2	BIO-RAD	PhD	40 & 80	M	2						Centromère	1280	40
							80								Centromère	2560	80
				1	Menarini Diagn.	Zenit s	80	A	1	Menarini Diagn.	G-sight		x	N	Centromère	640	80
EUROIMMUN	HEp-2	1	A	1	BIO-RAD	PhD	80	M	1						Centromère	/	/
	HEp-2010	30	M	7			40	M	1						Centromère	320	40
							4x 80	M	4					N	Centromère	10240	80
															Centromère	>1280, 2560	80
														N	Centromère + Enveloppe nucléaire	5120 320	80
							160	M	1						Centromère	>5000	160
								M	1						Centromère	/	/
			A	22	EUROIMMUN	IF-Sprinter	40	A	1	EUROIMMUN	EUROPattern			O	Centromère + homogène	2560	40
							12x 80	M	4						Centromère	2560, >5120 (2)	80
															Centromère	/	/
								A	8	EUROIMMUN	EUROPattern	x (80)		O	Centromère	2560	80
													x	O	Centromère	>1280, >2560, 5120, >5120	80
														N	Centromère	5120	80
															Centromère	2560	80
														O	Centromère	2560	80
							100	M	1					O	Centromère	3200	100
							7x 160	M	5						Centromère	1280	80
															Centromère	320, 2560, 5120	160
															Centromère Cytopl: finement moucheté	2560 160	160
								A	2	EUROIMMUN	EUROPattern		x	O	Centromère	5120	160
															Centromère	2560	160
				1	bmd	Helmed	80	M	1						Centromère	>2560	60

*Correction: O = oui, N = non; Résultats indiqués en bleu sont considérés comme érronés

© Sciensano, Bruxelles 2021.
Ce rapport ne peut pas être reproduit, publié ou distribué sans l'accord de Sciensano. Les résultats individuels des laboratoires sont confidentiels. Ils ne sont transmis par ciensano ni à des tiers, ni aux membres de la Commission, des comités des experts ou du groupe de travail EEQ.