sciensano

Brussel, 23 februari 2022

Kwaliteit van Laboratoria

GLOBAAL RAPPORT EKE HbA1c VERS BLOED - 2022.1C

Target HbA1c = 55.8 mmol/mol (Referentiemethode NGSP/DCCT)

INSTRUMENT	RESULT (Mean)	N	SD	CV%	Bias	Bias %
Alinity C IFCC mmol/mol	56.1	*3*	0.2	0.3	0.3	0.5
Architect Enzymatic test C IFCC mmol/mol	56.0	*1*	****	****	0.2	0.3
Capillarys 2 flex – piercing IFCC mmol/mol	57.0	*6*	1.8	3.1	1.2	2.1
Capillarys 3 Octa IFCC mmol/mol	56.0	*8*	0.5	1.0	0.2	0.3
Capillarys 3 Tera IFCC mmol/mol	56.0	*4*	0.8	1.5	0.2	0.3
Cobas c311/111 IFCC mmol/mol	56.3	*1*	****	****	0.5	0.8
Cobas 6000/8000 c501/502 IFCC mmol/mol	56.0	*4*	0.8	1.5	0.2	0.3
D-10_A1c_Program IFCC mmol/mol	57.7	*3*	4.0	7.0	1.8	3.3
D-100_A1c_Program IFCC mmol/mol	55.9	*9*	1.7	3.0	0.1	0.2
Menarini HA-8160 TP IFCC mmol/mol	56.0	*2*	1.4	2.5	0.2	0.3
Menarini HA-8160 VP IFCC mmol/mol	57.5	*8*	3.5	6.0	1.7	3.0
Menarini HA-8180T IFCC mmol/mol	56.8	*4*	1.9	3.3	0.9	1.6
Menarini HA-8180V IFCC mmol/mol	56.0	*27*	1.6	2.9	0.2	0.3
Minicap flex-piercing mmol/mol	55.8	5	0.8	1.5	0.0	-0.1
TOSOH G11 IFCC mmol/mol	56.1	*7*	1.0	1.8	0.2	0.4
TOSOH G8 IFCC mmol/mol	56.8	*29*	1.1	2.0	0.9	1.7
Variant-II_Turbo_A1c_Program IFCC mmol/mol	56.0	*1*	****	****	0.2	0.3

Uw individueel rapport kunt u opvragen via de site
https://qseenet.com/CueSee_frame.asp?SelectMenu1=2

De enquêtecoördinatoren
Y. Lenga

Dr. K. Vernelen

Rue Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Brussels | Belgium
T + 32 2 642 51 11 | F + 32 2 642 50 01
info@sciensano.be | www.sciensano.be

.be