

**RAPPORT VERWACHTE RESULTATEN
 IMMUNOHEMATOLOGIE EN CYTOLOGIE
 ENQUETE 2024/2**

Verwachte resultaten

I. Immuno hematologie

	Bloedmonster nr I/2406	Bloedmonster nr I/2408
	Resultaten	Resultaten
ABO O O
Rh D positief positief
Rh fenotype CcEe Ccee
Compatibiliteit tussen serummonster nr I/2407 en compatibel compatibel
Compatibiliteit tussen serummonster nr I/2409 en	niet compatibel id : anti-E	compatibel
Opsporen van onregelmatige antistoffen in het serum nr I/2411	aanwezig id : anti-K anti-Fy ^a	

Identificatie onregelmatige antistoffen

I/2419 : anti-D, anti-C

II. Cytologie : onderzoek van een bloeduitstrijkje

H/20600 (DIGIT) : Chronisch lymfoproliferatief syndroom

H/20513 (Didactisch) : Infectieus, inflammatoir of toxisch proces

Autorisatie van het rapport :

Door Lobna Bouacida, enquêtecöördinator
Sciensano – Dienst Kwaliteit van laboratoria
J. Wytsmanstraat, 14 | 1050 Brussel
Tel.: 02/642 53 83 E-mail : lobna.bouacida@sciensano.be

Publicatiedatum: 10/07/2024

© Sciensano, Brussel 2024.

Dit rapport mag niet gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden zonder akkoord van Sciensano. De individuele resultaten van de laboratoria zijn vertrouwelijk. Zij worden door Sciensano niet doorgegeven aan derden, noch aan de leden van de Commissie, de expertencomités of de werkgroep EKE.