

**VOORLOPIG RAPPORT  
 IMMUNOHEMATOLOGIE EN CYTOLOGIE  
 ENQUETE 2021/3**

**Verwachte resultaten**

**I. Immuno hematologie**

	Bloedmonster nr I/2110	Bloedmonster nr I/2112
	Resultaten	Resultaten
ABO	..... <b>A</b> .....	..... <b>A</b> .....
Rh D	..... <b>positief</b> .....	..... <b>positief</b> .....
Rh fenotype	..... <b>Ccee</b> .....	..... <b>CcEe</b> .....
Compatibiliteit tussen serummonster nr I/2113 en	..... <b>compatibel</b> .....	..... <b>compatibel</b> .....
Compatibiliteit tussen serummonster nr I/2115 en	..... <b>compatibel</b> .....	<b>niet compatibel</b> id : anti-E
Opsporen van onregelmatige antistoffen in het serum nr I/2117	<b>aanwezig</b> id : anti-C anti-D	
Rechtstreekse antiglobulinetest nr. I/2121	<b>Zie pagina 2</b>	

**Identificatie onregelmatige antistoffen**

I/2120 : anti-Fy<sup>a</sup>  
 anti-K

**II. Cytologie : onderzoek van een bloeduitstrijkje**

H/18296 (DIGIT) : Acute maligne hemopathie\*

H/18610 DIGIT : Binnen de normale grenzen, geen bijkomende onderzoeken vereist

\*Diagnose geantwoord door de meerderheid van de deelnemers, het adequaat antwoord wordt bepaald door het expertencomité en in het globale rapport weergegeven.



**Toestemming verspreiding rapport :** Door Lobna Bouacida, enquêtecöördinator, op 18/11/2021  
Sciensano – Dienst Kwaliteit van laboratoria  
J. Wytzmanstraat, 14 | 1050 Brussel  
Tel.: 02/642 53 83      E-mail : lobna.bouacida@sciensano.be

© Sciensano, Brussel 2021.

Dit rapport mag niet gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden zonder akkoord van Sciensano. De individuele resultaten van de laboratoria zijn vertrouwelijk. Zij worden door Sciensano niet doorgegeven aan derden, noch aan de leden van de Commissie, de expertencomités of de werkgroep EKE.