

**BIOLOGISCHE GEZONDHEIDSRISICO'S
KWALITEIT VAN LABORATORIA
COMMISSIE VOOR KLINISCHE BIOLOGIE
EXPERTENCOMITE
EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE
VOOR ANALYSES KLINISCHE BIOLOGIE**

VOORLOPIG RAPPORT
Moleculaire Microbiologie
C. trachomatis-N. gonorrhoeae
ENQUETE 2023/S3

Verwachte resultaten :

1. C. trachomatis

Stalen	Matrix	Verwachte resultaten	Status*
CTNG2301	M4RT	Negatief	Negatief
CTNG2302	M4RT	Positief	Frequently detected
CTNG2303	M4RT	Positief	Frequently detected
CTNG2304	M4RT	Negatief	Negatief
CTNG2305	Urine	Negatief	Negatief
CTNG2306	Urine	Positief	Frequently detected
CTNG2307	Urine	Negatief	Negatief
CTNG2308	Urine	Positief	Infrequently detected ¹

¹ Zeer zwak besmet monster dat door slechts 30% van de deelnemers positief werd bevonden.

2. N. gonorrhoeae

Stalen	Matrix	Verwachte resultaten	Status*
CTNG2301	M4RT	Negatief	Negatief
CTNG2302	M4RT	Positief	detected
CTNG2303	M4RT	Negatief	Negatief
CTNG2304	M4RT	Positief	Frequently detected
CTNG2305	Urine	Negatief	Negatief
CTNG2306	Urine	Negatief	Negatief
CTNG2307	Urine	Positief	detected
CTNG2308	Urine	Positief	Infrequently detected ²

*Frequently detected= gedetecteerd door meer dan 95% van de deelnemers

Detected= gedetecteerd door meer dan 65% van de deelnemers

Infrequently detected= gedetecteerd door minder dan 65% van de deelnemers

²Zeer zwak besmet monster dat door slechts 5% van de deelnemers positief werd bevonden

Autorisatie van het rapport: door Bernard China, enquêtecoördinator
Sciensano – Dienst Kwaliteit van laboratoria
J. Wytmanstraat, 14 | 1050 Brussel
Tel.: 02 642 53 85 E-mail : bernard.china@sciensano.be

Publicatiedatum : 05/07/2023

Enquête verzonden op: 13/06/2023

Enquête afgesloten op: 30/06/2023

EINDE

© Sciensano, Brussel 2023.

Dit rapport mag niet gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden zonder akkoord van Sciensano. De individuele resultaten van de laboratoria zijn vertrouwelijk. Zij worden door Sciensano niet doorgegeven aan derden, noch aan de leden van de Commissie, de expertencomités of de werkgroep EKE.