

**BIOLOGISCHE GEZONDHEIDSRISICO'S
KWALITEIT VAN LABORATORIA**

COMMISSIE VOOR KLINISCHE BIOLOGIE

**EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE
VOOR ANALYSES MOLECULAIRE BIOLOGIE**

VOORLOPIG RAPPORT
Moleculaire microbiologie
HCV-HBV
ENQUETE 2023/S5

Resultaten:

1. HBV

Staal	Matrix	Verwacht resultaat	Log IU/mL (M±SD)*
HBV 23-1	Plasma	Positief	6.65 ±0.11
HBV 23-2	Plasma	Positief	5.44±0.10
HBV 23-3	Plasma	Negatief	

* : berekening op basis van de mediaan (M) van de resultaten van de deelnemers (N=24). SD: Standaarddeviatie

2. HCV

Staal	Matrix	Verwacht resultaat	Log IU/mL (M±SD)*
HCV 23-1	Plasma	Positief	4.04 ± 0.22
HCV 23-2	Plasma	Positief	3.71 ± 0.18
HCV 23-3	Plasma	Negatief	

* : berekening op basis van de mediaan (M) van de resultaten van de deelnemers (N=30). SD: Standaarddeviatie

NB : HCV-genotyperingsgegevens zullen in het algemene rapport worden opgenomen.

Autorisatie van het rapport: door Bernard China, enquêtecöördinator
Sciensano – Dienst Kwaliteit van laboratoria
J. Wytsmanstraat, 14 | 1050 Brussel
Tel.: 02 642053 85 E-mail : bernard.china@sciensano.be

Publicatiedatum : 17/10/2023

Verzendingsdatum : 26/09/2023

Sluitingsdatum: 10/10/2023

EINDE

© Sciensano, Brussel 2023.

Dit rapport mag niet gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden zonder akkoord van Sciensano. De individuele resultaten van de laboratoria zijn vertrouwelijk. Zij worden door Sciensano niet doorgegeven aan derden, noch aan de leden van de Commissie, de expertencomités of de werkgroep EKE.